



Znak sprawy: PN/ 2/ 2018

Jasło, dn. 2018-01-08

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawcy następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 - Projekt umowy: Dotyczy § 1 ust. 3 - W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?

Odpowiedź nr 1 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 2 - Projekt umowy: Dotyczy § 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Proszbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź nr 2 - Zamawiający nie wprowadza zmian do umowy, ale doloży wszelkich starań aby zamówienia nie były niższe niż 150zł.

Pytanie 3 - Projekt umowy: Dotyczy § 3 ust. 3 - Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „nie więcej jednak niż o 20% w porównaniu do ilości podanych w umowie.”?

Odpowiedź nr 3 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 4 - Projekt umowy: Dotyczy § 4 ust. 9 (oraz § 6.1.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację ilościową na termin realny tj. 3 dni robocze od chwili jej otrzymania?

W przypadku korzystania z usług zewnętrznego spedytora dostarczenia braków w terminie 24 godzin jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego..

Odpowiedź nr 4 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 5 - Projekt umowy: Dotyczy § 6 ust. 1.3 oraz 1.3a - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do wysokości „5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w placeniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego.

Odpowiedź nr 5 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 6 - SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź nr 6 – zdaniem UZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może też być złożone wraz z ofertą, jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie 7 - Opisu przedmiotu zamówienia: Dotyczy pakietu 1 pozycja 15 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania nakłuwaczy o jednej z głębokości nakłucia (1,8 mm lub 2,4 mm) czy obydwu?

Odpowiedź nr 7 – Zamawiający oczekuje obydwu.

ZATWIERDZAM

Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
mgr Zbigniew Betlej

Otrzymują:

- zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
- a/a