

Jasło, dnia 22.06.2018 r.

znak sprawy: PN/18/2018

**UCZESTNICZYPOSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Jasle jako Zamawiający informuje, iż złożone zostały pisemne zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

Pytanie 1.

pkt.11,12,13,14

Czy Zamawiający dopuści respirator do transportu wewnętrznego o masie 4,9 kg i spełniający odpowiednie do tego normy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

pkt.20

Czy Zamawiający dopuści respirator o czasie ładowania 2h akumulatora rozładowanego w 80% , a całkowicie rozładowanego 4 h?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści respirator zapisujący zamiast T_i/T_{total} czas T_i i T_e ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 4.

pkt.101

Czy Zamawiający dopuści respirator który wyposażony jest w tryb wentylacji adaptacyjnej chroniącej płuca typu ASV, AMV, ALPV który nie wymaga stosowania dedykowanych akcesoriów do jego realizacji , tryb Intellivent-ASV wymaga w sprzężeniu zwrotny pomiaru CO2 i SpO2 i jest nieporównywalny z podstawowymi trybami adaptacyjnymi ASV, AMV, AMV™,ALPV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

pkt. 100

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator który wyposażony jest w tryb adaptacyjnego wspomaganie wentylacji dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub wentylację stymulowaną z nerwu przeponowego NAVA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

pkt.105

Funkcja Hiflow O2 wymaga zastosowania aktywnego nawilżacza, czy będą Państwo wymagali nawilżacza, czy odstąpią Państwo od tych wymagań, zastępując ta funkcję wentylacją nieinwazyjną NIV która zastępuje Hiflow O2 i dodatkowo zabezpiecza przed bezdechami i monitoruje pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

pkt. 269

Czy Zamawiający dopuści respirator z modulem pomiarowym następujących parametrów: FetCO2, PetCO2, Slope CO2, VTaly, VTaly/min, V'COz/min, VDaw ,VDaw/VTE ,VeCO2,ViCO2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

pkt. 297,298

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z manewrami ręcznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

mgr Zbigniew Batlej