



Znak sprawy: ZO/ 50 /2021

Jaśło, dn. 2021-10-15

**ODPOWIEDZI  
na zapytania dot. TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

*dot. zapytania ofertowego na dostawę inkubatorów noworodkowych zamkniętych dla Szpitala  
Specjalistycznego w Jaśle*

Informujemy, że w postępowaniu otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania:

**Pytanie 1:** Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści inkubator przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kasetę z Rtg wkładaną do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. Szuflada bez podziałki ułatwiającej pozycjonowanie kasety?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie wprowadza zmian.

**Pytanie 2:** Ad. 13 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez szafki na akcesoria? Oferowany inkubator posiada dużą wygodną szufladę o ładowności do 10kg, otwieraną na obie strony inkubatora.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie wprowadza zmian.

**Pytanie 3:** Ad. 17 Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji temperatury powietrza 23<sup>0</sup>-39<sup>0</sup>C? Temperatura powietrza wewnątrz inkubator ustawiona poniżej 23<sup>0</sup>C jest zbyt niska dla noworodka wymagającego opieki w inkubatorze.

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie wprowadza zmian.

**Pytanie 4:** Ad. 18 Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji temperatury skóry 35<sup>0</sup>-39<sup>0</sup>C? Ustawienie żądanej temperatury skóry noworodka poniżej 35<sup>0</sup>C może prowadzić do jego niedogrzenia.

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie wprowadza zmian.

**Pytanie 5:** Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści inkubator z zabezpieczeniem przed przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37,5<sup>0</sup>C?

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6:** Ad. 29 Czy Zamawiający dopuści inkubator z rozdzielczością wyświetlania masy ciała 10g?

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie wprowadza zmian.

**Pytanie 7:** Ad. 30 Czy Zamawiający dopuści inkubator z możliwością pomiaru bez tarowania oraz możliwością uruchomienia tarowania przez użytkownika gdy zachodzi taka potrzeba?

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza.

**Z - ca Dyrektora  
ds. Administracyjno- Ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle  
mgr Zbigniew Betlej**